

LEGENDA ČAR:


- STLAČENÝ VZDUCH
- KONDENZÁT
- KABEL ELEKTRO

LEGENDA:

- KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ, 4kW, 42m<sup>3</sup>/h, 6–10 bar, 380V
- TLAKOVÁ NÁDOBA – VZDUŠNÍK STOJATÝ 500l
- KONDENZAČNÍ SUŠIČKA, 35m<sup>3</sup>/h, 0,2 kW, 230V
- FILTR, 40 MIKRONŮ, 0–16 bar, 193m<sup>3</sup>/h
- MÍSTO NAPOJENÍ NA KANALIZACI

- ODV15 ODLEHČOVACÍ VENTIL KOMPRESORU
- SPH SÍTKA PROTI HMYZU
- CH–P CHRÁNIČKA – PŘÍVOD VZDUCHU
- CH–O CHRÁNIČKA – ODVOD VZDUCHU
- KK25 KULOVÝ KOHOUT
- PV10 POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- KM KONTAKTNÍ MANOMETR
- MV MANOMETROVÝ VENTIL
- OK ODVADĚČ KONDENZÁTU
- MV MANOMETROVÝ VENTIL
- ZU–K MÍSTO ODBĚRU
- RE25/15 REDUKCE DN25/15

POZNÁMKA:  
VĚTRÁNÍ KOMPRESOROVNY JE DEFINOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A ŘEŠENO PROJEKTEM VZT

Orientace	Generální projektant			Autorizační razítko	
	 Arch.Design, s.r.o. KANCELÁŘ BRNO Sochorova 23, 616 00 Brno telefon +420 541 420 910 fax +420 541 420 913				
±0,000=264,00 m n.m.				B.p.v.	
Architekt:	Ing. arch. D. Kudla	Vypracoval:	Ing. J. Vondál	Projektant: Části PD	
HIP:	Ing. K. Vaníčková	Kreslil:	J. Klusák	ING. JIŘÍ VONDÁL PROVO	
Zodp. projektant:	Ing. J. Vondál	Kontroloval:	Ing. J. Vondál	KUBELKOVA 226, 628 01 BRNO TEL: +420 737 273 480 E-MAIL: jvondal@volny.cz WEB: www.jvondal.cz	
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno – sever, Bratislavská 251/70, 601 47 Brno				
Místo stavby:	Halasovo náměstí 597/1	Obec: Brno – Lesná	Kraj: Jihomoravský		
Název stavby:	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY - POLIKLINIKY LESNÁ</b>				
Stavební objekt: SO 100 - POLIKLINIKA					
Část:	<b>D.3 KOMPRESOROVÁ STANICE A ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU</b>				
Název dokumentu:	<b>Půdorys 1.PP</b>			Číslo paré:	
				Formát:	A4
				Datum:	10/2016
				Stupeň:	DZS+DPS
				Číslo střediska:	460
				Měřítko:	1:100
Kód dokumentu:	B-13-131-300	Profese	Objekt	Část	Stupeň
		STL	PS110	D.3	DZS+DPS
					002
					00