



Zveřejněno na profilu zadavatele dne 3. 6. 2022

## VYSVĚTLENÍ OBSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (1)

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení  
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

### Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér

#### Údaje o zadavateli:

zadavatel: Obec Bolatice  
sídlo: Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice  
zastoupený: Mgr. Herbert Pavera  
IČO: 002 99 847  
profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/127a38a7-d8ae-4a9f-8457-6302fd19bd48>

#### Zastupující osoba dle § 43 zákona

zastupující osoba: recte corporation s.r.o.  
sídlo: Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ 702 00  
IČO: 053 79 300  
kontakt, telefon, e-mail: Jana Kobělušová, +420 734 260 410, recte@recte.cz  
datová schránka: zxhwt2n

Obec Bolatice, IČO 002 99 847, se sídlem Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, zastoupená Mgr. Herbertem Paverou, starostou (dále jen „zadavatel“) se rozhodla vyhlásit v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávky označenou **Dům sociálních služeb Sv. Kateřiny, Bolatice - interiér** (dále jen „veřejná zakázka“). Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále v textu jen „zákon“) odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 23. 5. 2022 (ev. číslo zakázky Z2022-019664) a Úředního věstníku Evropské unie a dále uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh na svém profilu zadavatele dne 23. 5. 2022.

Zadavatel obdržel od jednoho z účastníků zadávacího řízení elektronickou žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na kterou odpovídá takto:

#### Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (1):

##### Dotaz č. 1:

Dobrý den, může být u položky č. 35 Lůžko pečovatelské elektrické v ložné ploše nahrazen plast vyjímatelný za kovové lamely nebo kovové sítě?

##### Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

V ložné ploše lůžek budou kovové lamely. Síta jsou nepřípustná.

## **Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (2):**

### **Dotaz č. 2:**

Prosím o upřesnění požadavku na vzorky. V Zadávací dokumentaci čl. 7 Kritéria technické kvalifikace - jsou popsány vzorky č. 1 až 5. Na následující straně u požadavků na dodání fyzických vzorků pak zmiňujete vzorek č. 5 a 6. Ale vzorek č. 6 není požadován v předchozím textu a chybí zde zmínka o vzorku č. 4. Prosím o upřesnění: 1. pokud požadujete i vzorek č. 6 - co to je, o co jde? 2. v jaké podobě požadujete dodat vzorek č. 4 - fyzicky celou židli nebo jen technickou dokumentaci?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Zadavatel děkuje za upozornění na zjevný překlep v textu zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje pouze vzorky vyjmenované v čl. 7 odst. 3 zadávací dokumentace, tzn. 5 vzorků, přičemž 1 – 3 požaduje dodat fyzicky a **u vzorků 4 a 5** bude postačovat předložení fotodokumentace (fotografie) hotového výrobku (požadovaného vzorku), jeho technické parametry a podrobný technický popis například formou výkresové dokumentace, ze kterých bude zřejmé, že tyto požadované vzorky bez výhrad odpovídají požadavkům zadavatele definovaných v Projektové dokumentaci. Dodavatel v rámci své elektronické nabídky předloží čestné prohlášení o tom, že uvedené výrobky budou použity v rámci plnění předmětu smlouvy.

## **Žádost o vysvětlení obsahu zadávacích podmínek (3):**

### **Dotaz č. 3:**

Dobrý den,

níže se na vás obracím z dotazy k položce č. 35 lůžko pečovatelské el.

Technická specifikace:

Dotaz č. 1 - Bude zadavatel akceptovat šířku ložné plochy 90 cm?

Dotaz č. 2 - Bude zadavatel akceptovat kolečka pr.100 mm individuálně brzděná?

Dotaz č. 3 - Bude zadavatel akceptovat BPZ 205 kg, když požaduje nosnost matrace max.200kg?

Dotaz č. 4 - Bude zadavatel akceptovat ložnou plochu z kovových lamel, výhodou dlouhá životnost a snadná dezinfikace?

### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

3.1 – z prostorových důvodů je šířka ložné plochy dána 85cm. 90cm nebude akceptováno.

3.2 – z důvodů možného přejíždění a manipulace je lépe mít kolečka větších průměrů a zároveň tolik netrpí povlaková krytina pokojů. Nebude akceptováno menší kolečko.

3.3 – Ano. Bude akceptováno 205 kg i z hlediska toho, že matrace je na max. 200 kg.

3.4 – Ano. Ložná plocha bude z kovových lamel.

---

V Ostravě dne 3. 6. 2022

Jana Kobělušová

*osoba oprávněná jednat jménem zadavatele*