



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 9

Zadavatel: ŠKODA ELECTRIC a.s.
Sídlo: Tylova 1/57, 301 28 Pízeň
IČ: 477 18 579

Osoba pověřená činnostmi zadavatele:

Název: enovation s.r.o.
Sídlo: Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1
IČ: 279 09 751

Kontaktní osoba: Ing. Eva Rudolffová
e-mail: eva.rudolfova@enovation.cz
tel.: (+420) 731 653 095

V Praze dne 3. 4. 2017

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Vážená paní, vážený pane,
sdělujeme Vám dodatečné informace č. 9 k výběrovému řízení: „**Položky výzkumné základny pro trakční výzbroje vozidel ŠKODA ELECTRIC a.s II.**“ – část zakázky J: Přístroje pro EMC laboratoř - odolnost vůči elektromagnetickému poli.

Dodatečné sdělení č. 1:

Dotaz: V technických specifikacích je uvedeno, že chcete před předáním otestovat dodanou sestavu v prostorách Kupujícího. Můžete prosím potvrdit, že chcete dodanou sestavu otestovat v EMC komoře, která je předmětem části G tohoto výběrového řízení?

U antény je specifikován připojovací kabel délky 5m. Můžete prosím potvrdit, že s touto délkou kabelu uvnitř komory budete chtít dodaný systém testovat?

Chcete aby při testování byl systém uvnitř komory a byl propojen s anténou tímto 5m dlouhým kabelem, nebo má být systém vně komory?

V případě, že nechcete, aby byl systém při testování uvnitř komory, můžete dospecifikovat, jak dlouhý bude kabel od systému k průchodu do komory?

V případě, že chcete testovat dodanou sestavu v jiných prostorách kupujícího, můžete prosím tyto prostory specifikovat (typ prostor, délka kabelové trasy od systému k anténě, počet přerušení trasy)?

Odpověď: Zadání pro dodávku přístrojů nesmí být vázáno na dodávku komory, proto se specifikace nemohou prolínat. Předpokládá se, že dodávka přístrojů bude časově předcházet termín dokončení komory a proto bude přejímka přístrojů provedena bez komory.

Při přejímce bude provedeno měření vygenerovaného pole v bodě, tj. na prosté sestavě anténa - izotropní sonda, v otevřeném prostoru (v interiéru či exteriéru objektu kupujícího). Délka signálového kabelu k anténě bude 5 m. Kritériem pro splnění bude dosažení předepsané intenzity pole v ose antény v předepsané vzdálenosti. Toto měření ověří pouze výkonovou dostatečnost sestavy, ostatní parametry budou vyzkoušeny až v reálném provozu (v komoře).



Výsledná sestava pro reálné použití počítá s umístěním antény na stativu v komoře, sestavy zesilovačů v racku vně komory (v její těsné blízkosti), celkovou délkou signálové cesty 5 m a vloženým připojovacím panelem komory.

Dodatečné sdělení č. 2:

Lhůta pro podání nabídek pro tuto část zakázky byla odpovídajícím způsobem prodloužena v předchozím sdělení, které tento dotaz avizovalo.

eNovation

S.r.o.

Na Příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel: + 420 222 523 549, www.enovation.cz
IČ: 27909751, DIČ: CZ27909751

.....
Eva Rudolfová, ProfiTender Manager

Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele