

Změnový list č. 1
Dodávka Osciloskopu

na veřejnou zakázku

„Dodávka pomůcek pro učebnu fyziky“

Popis změny:

Výměna nedostupného osciloskopu Hameg (HMO 1522) za model Good Will, GW Instek GDS 3152

Požadavky zadavatele - Minimální technická specifikace:

- dva kanály – 2x min.150MHz, paměť vzorků, rychlost vzorkování min. 2GSa/s, možnosti spouštění: +/- hrana, videosignál, šířka pulzu, délka hrany pulzu, vnější zdroj
- vč. dopravy

Důvod změny:

Z důvodů nedostupnosti modelu Hameg (HMO 1522) bude dodán GW Instek GDS 3152. Cena zůstává stejná.

Specifikace nového modelu GW Instek GDS 3152

- dva kanály – 2x min.150MHz, paměť vzorků, rychlost vzorkování 2,5 GSa/s, možnosti spouštění: +/- hrana, videosignál, šířka pulzu, délka hrany pulzu, vnější zdroj
- vč. dopravy

Vyčíslení změny:

Změnový list č.1 celkem: 0 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dodání plnění

Ne.

V Ostravě :

Potvrzení : za kupujícího :